

# Dokumentační list sterilizačního deníku

Logo nemocnice

Parní sterilizátor č.: **1**

Datum: **13.2.2012**

Centrální sterilizace

Přípravné programy	Čas Od - do	Vyhověl		Čís. šarže	Podpisy zodpov.osob	
		Ano	Ne		Sestra	sanitář / ka
Vakuový test P6	7.20 - 8.20			0972	Nováková	Nosková
Nahřívací program P1	8.20 - 9.20			0973	Nováková	Nosková
Bowie - Dick Test P5	10.20 - 11.20			0974	Nováková	Nosková
Bowie - Dick test nalepit						

## Kontrola a dokumentace šarží

Pracovník		1	Progr č.	Start: 7.20	Konec: 8.20	Vloženy 4 CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže			6	Materiál		✓ Ano	Ne
Datum sterilizace				Laparoskopie, Kýla, femur		Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace						Nováková	Nosková
PCD Test nalepit							
Pracovník		2	Progr č.	Start:	Konec:	Vloženy CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže				Materiál		Ano	Ne
Datum sterilizace						Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace							
PCD Test nalepit							
Pracovník		3	Progr č.	Start:	Konec:	Vloženy CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže				Materiál		Ano	Ne
Datum sterilizace						Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace							
PCD Test nalepit							
Pracovník		4	Progr č.	Start:	Konec:	Vloženy CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže				Materiál		Ano	Ne
Datum sterilizace						Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace							
PCD Test nalepit							
Pracovník		5	Progr č.	Start:	Konec:	Vloženy CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže				Materiál		Ano	Ne
Datum sterilizace						Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace							
PCD Test nalepit							
Pracovník		6	Progr č.	Start:	Konec:	Vloženy CHTS tř.4 Všechny testy vyhověly	
Číslo šarže				Materiál		Ano	Ne
Datum sterilizace						Podpisy zodpov. osob	
Datum expirace							
PCD Test nalepit							