

Prohlášení o shodě (překlad)

pro
***gke* *Seri-Record*[®] Inkubátory**

**Kat. číslo 610-119/ -120/ -121/ -122
včetně hliníkového bloku pro Mini-Bio-Plus SCBI**

**Kat. číslo 610-109/ -110/ -111/ -112
bez hliníkového bloku**

+ příslušenství:

hliníkový blok pro Mini-Bio-Plus SCBI	(kat. číslo: 610-113)
hliníkový blok pro Stearo ampule	(kat. číslo: 610-114)
hliníkový blok pro kultivační média	(kat. číslo: 610-115)

Inkubátor sestává z elektrického ohřívacího zařízení a hliníkového bloku, který je elektricky ohříván nízkým napětím a teplotně působí na inkubované biologické indikátory.

gke tímto prohlašuje, že inkubátor je ve shodě s požadavky:

Direktiva pro nízké napětí 206/95/EC
EN 61010-1
EN 61010-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 89/336 EEC
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 61326-1

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že inkubátor ***gke* *Seri-Record*[®]** jak výše uvedeno, byl testován dle výše uvedených norem a dosáhl požadavků direktivy pro nízké napětí umožňující označení CE.

Waldems-Esch, 26. 2. 2014

gke GmbH
Auf der Lind 10
D-65529 Waldems-Esch, Germany

podpis

Dipl.-Ing. Dr. Ulrich Kaiser
Manager výzkumu a vývoje

752-004 EN V06