

## Prohlášení o shodě (překlad)

*GKE Steri-Record Inkubátory*

**Kat. číslo:** 610-119/-120/-121/-122

vč. hliníkového bloku pro self-contained biologické indikátory (SCBI)

**Kat. číslo:** 610-109/-110/-111/-112

k použití s jedním z následujících hliníkových bloků:

pro SCBI (kat.č.: 610-113)

pro Stearo ampule (kat.č.: 610-114)

pro růstová média (kat.č.: 610-115)

Inkubátor se skládá z elektrického topného zařízení a hliníkového bloku, který je elektricky vyhříván nízkonapěťovým zdrojem pro inkubaci biologického indikátoru.

Mesa Germany tímto prohlašuje, že inkubátor splňuje všechny požadavky na:

**Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU**

**EN 61010-1**

**EN 61010-2**

**Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2014/30/EU**

**EN 61010-6-3**

**EN 61010-6-1**

**EN 61326-1**


**RoHS směrnice 2011/65/EU**

Mesa Germany GmbH prohlašuje tímto na svou vlastní zodpovědnost, že inkubátory GKE Steri-Record zmíněné výše, byly standardně testovány a tím splňují všechny požadavky pro použití označení CE.

Waldems, Date 13.02.2025

 **MesaGermany**

Mesa Germany GmbH  
Auf der Lind 10  
65529 Waldems  
Germany



Dennis Nikorowski  
Quality Management