



Referenční tabulka barev

INDIKÁTORY MONITOROVÁNÍ ČISTÍCÍHO PROCESU PRO ULTRAZVUKOVÉ MYCÍ LÁZNĚ


Zcela smytý indikátor



Indikátor byl částečně smyt



Informace o účinnosti ultrazvukového mytí



Indikátor nebyl smyt

